

**ADENDA No. 1**  
**CONVOCATORIA No. 37 DE 2018**

Teniendo en cuenta que se publicaron los términos de la convocatoria con un error en el detalle del ítem requerido, se procede a corregirlo. Por lo anterior decide:

Por medio de la presente Adenda, se modifican los Términos de Referencia de la **CONVOCATORIA PÚBLICA No. 37 DE 2018**, así:

**PRIMERO:** El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "SINCHI" les invita a presentar una cotización para:

Descripción	Detalle características requeridas	Cant
Centrífuga De Mesa Multifunción Con Super Enfriamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rango de Velocidad: 500-15,000 rpm (en pasos de 1 rpm)</li> <li>• Temporizador 0-9999 min (en pasos de un segundo)</li> <li>• Memoria de mínimo 108 programas</li> <li>• Temperatura: -9° to + 40°C</li> <li>• Detector de vibración y desequilibrio</li> <li>• Sensor de velocidad</li> <li>• Sensor de sobrecalentamiento del motor</li> <li>• Diagnóstico del equipo en la pantalla LED</li> </ul> Incluya los siguientes rotores. ROTOR: 24 X 1,5 - 2 mL. Tubos de max : 11 X 50 mm ROTOR: 6 X 50 mL - Tubos de max:30 X 120 mmPantalla LED Tiempo de trabajo Continuo: ≥ 5 Horas	1

Esta modificación se extiende a las secciones 2 y 3 donde se presentó el mismo error.

**SEGUNDO: SECCIÓN 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Plazo y forma de entrega:** El término de ejecución del contrato será de dos (2) meses a partir de la expedición del registro presupuestal.

**Los demás aspectos no modificados mediante esta adenda continúan vigentes.**