

ADENDA No. 03

Por medio de la presente Adenda, se modifica la **INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR COTIZACIÓN No. 26 de 2018**, del proyecto “Conservación de bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia”; la cual tiene como objeto: “La adquisición de un Conductímetro y un Multiparamétrico”

SECCIÓN 2 -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Detalle características requeridas	Cantidad
Multiparamétrico	<p>Multiparamétrico pH, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura</p> <p>Rango de PH: -2 a 20 pH. Resolución (pH) 0,1, 0,01, 0.001pH. Precisión (pH) \pm 0.002pH.</p> <p>Rango (mV) \pm 2000.0mV. Rango (mV Relativo) \pm 2000.0mV. Rango (ORP)+/- 2000.0mV. Resolución (mV) 0,1 mV. Precisión (mV)+/-0,2 mV o +/- 0,05% de la lectura lo que sea mayor.</p> <p>Opcional Rango (ISE) 0,0001-19900 con unidades seleccionables de ppm, Molar, mg / L,%, ppb o ninguno. Resolución (ISE) 0,0001 mínimo, de 1 a 3 dígitos significativos. Precisión (ISE) +/- 0,2 mV o \pm 0,05% de la lectura lo que sea mayor.</p> <p>Rango (conductividad) 0.001 S / cm a 3000 mS / cm. Resolución (conductividad) 0.001 mS mínimo, el rango automático hasta 4 dígitos significativos. Precisión (conductividad) 0,5% de la lectura +/- 1 dígito+ 3 mS; 0,5% de la lectura \pm 0.01 mS -/= 3.</p> <p>Rango (polarográfica DO) de 0,00 a 90.00mg/L. Resolución (polarográfica DO) 0,01, 0,1 mg / L. Precisión (polarográfica DO) \pm 0,2 mg / L o \pm 2% de la lectura, lo que sea mayor.</p> <p>Rango (RDO) de 0,00 a 50.00mg/L. Resolución (RDO) 0,01, 0,1 mg / L. Precisión (RDO) \pm 0,1 mg / L hasta 8mg / L, +/- 0,2 mg / L de 8 a 20 mg / L, +/- 10% de la lectura de hasta 50 mg/L.</p> <p>Porcentaje de Saturación Rango (polarográfica DO). Entre 0,0 y 600.0% de saturación. Porcentaje de Saturación Rango (RDO). Entre 0,0 y 500,0% de saturación. Porcentaje de Saturación Exactitud Relativa (polarográfica DO) +/- 2% de saturación o +/- 2% del valor que sea mayor.</p> <p>Porcentaje de Saturación Exactitud Relativa (RDO) +/- 2% de saturación -200% de saturación, +/- \pm 10% de saturación de saturación- 200%. Porcentaje de Saturación Resolución (polarográfica DO) de saturación de 0,1, 1%. Porcentaje de Saturación Resolución (RDO) 0,1, 1% de saturación.</p> <p>Debe incluir: maletín o estuche para transporte, solución de calibración, carcasa protectora.</p>	1

Se modifica la fecha para presentar ofertas de la **INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR COTIZACIÓN No. 26 de 2018**, del proyecto “Conservación de bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia”; la cual tiene como objeto: “La adquisición de un Conductímetro y Multiparamétrico”; lo anterior, debido al cambio en

algunos de las especificaciones requeridas para el ítem - Multiparametrico, en consecuencia el numeral 5 de la carta de invitación quedará así:

5. Su Cotización deberá ser presentada a más tardar el **25 de Octubre de 2018 hasta las 4:00 p.m.** Las Cotizaciones deberán abrirse en público en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen participar, en la ciudad de Bogotá en la Calle 20 No. 5-44- Unidad de Apoyo II – Jurídica, en la misma fecha y hora del cierre.

Cordialmente,

Los demás aspectos no modificados mediante esta adenda continúan vigentes.