

Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2018

JANETH ESPITIA PALOMINO

Representante Legal
Analytica S.A.S
comercial@analytica.com.co

Asunto. Respuesta a la observación no. 02 presentada a la invitación pública a presentar cotizaciones no. 46 de 2018.

Cordial saludo.

Con el objeto de atender las observaciones efectuadas por su parte a la invitación pública a presentar cotizaciones no. 46 de 2018 de manera atenta nos permitimos manifestar lo siguiente:

Observación 1: *En el Ítem 14: Gabinete para almacenamiento de líquidos inflamables (Rojo). Dimensiones: 0,95 cm x 0,45 a 0,5 m x 2 a 2,2 m (preferiblemente 2,2) (ancho x fondo x alto) - Material resistente a derrames, sistema de contención de derrames y demás características de seguridad recomendadas (certificado). La entidad está solicitando dicho armario de acuerdo a las dimensiones disponibles en el laboratorio, más sin embargo se debe tener en cuenta que estos armarios siendo certificados manejan dimensiones estándar por el fabricante. Solicitamos a la entidad permitir la presentación de oferentes con armarios Certificados con las siguientes dimensiones:*

Respuesta: una vez revisada la observación y teniendo en cuenta que las dimensiones solicitadas de los gabinetes dependen del espacio disponible para su ubicación en el laboratorio y que las mismas se encuentran disponibles en el mercado, las dimensiones de este mueble se mantienen conforme se estableció en la adenda 01: 0,95 cm de ancho x 0,45 a 0,5 m de fondo x 2 a 2,2 m de alto (preferiblemente 2,2).

Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.